Sonica 2400 EP-S3

CORPAX
Ultralydsrensere til professionel og privat brug

EP-S3 Betjeningspanel

Produktinformation

- **OBS!** Ultralydsrenseren leveres med kurv og låg
- Top kvalitets ultralydsrenser til erhverv og industri
- Fuld elektronisk bruger programmerbar betjening
- Mulighed for 10 bruger definerede program cyklusser
- Ofte solgt til medicinal industrien, hospitaler og til brug i kvalitets sikring
- Dansk brugervejledning



Mål på maskine og kar

Erhvervs brug | Digital betjening | Kurv & låg medfølger | Dansk manual | Varme i karret | Degass funktion | Aftapning på kar | Top kvalitet

Tekniske data	
Ultralyds frekvens	39 kHz ± 1 kHz (Sweep Technology)
Ultralydstransducere	2 Stk.
Kabinet	Rustfrit stål, AISI 304
Farve	Stål
Tank kapacitet	4,5 Liter
Tank materiale	Rustfrit stål, AISI 304
Aftapnings hane	Ja Ø7, leveres incl. slange og ventil
Varme i karret	Ja
Betjening ultralyd	Digital, 1-99 min.
Betjening varme	Digital, 0-70°C
Ultralyds effekt	480 Watt. Peak
Varme effekt	450 Watt.
Strømforsyning	AC 230 V, 50 Hz
Features	10 mulige bruger programmer
	Jet program (hurtig program)
	Degas og ægte frekvens Sweep

Dimensioner	
Maskine	325 x 175 x 200 mm. (LxBxH)
Kar	300 x 150 x 100 mm. (LxBxH)
Kurv	265 x 120 x 45 mm. (LxBxH)
Vægt	3,8,5 Kg.

Sonica EP-S3 serien

Ultralydsrenser serien Sonica fra den Italienske producent Soltec har været repræsenteret i Danmark af Corpax siden 2009. Sonica renserne er et highend produkt der henvender sig specielt til segmenter med behov for ensartet præcisions rensning så som hospitaler, offshore, industri, kvalitet-skontrol og medicinsk produktion etc.

EP S3 serien kan brugerprogram-meres så renseprocesserne bliver automatiserede og helt ens.

Sonica serien har modeller fra 3 til 130 liter. Der er mulighed for eksternt inder stål kar til indirekte rens for modellerne fra 3 til 28 liter.

Virksomheden Corpax

Corpax har siden 2006 solgt ultralyds-rensere og har gennem tiden opnået en stor ekspertise i ultralydsrensning. Kontakt os gerne for uforpligtende råd og vejledning i brug af ultralyds-rensning herunder tilhørende ren-sevæske.